

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HERSTELLER:

KOKEN CO., LTD.

1-4-14 Koraku, Bunkyo-ku, 112-0004 Tokyo, Japan

Telefon: +81-03-3816-3542

Fax: +81-03-3816-3582

URL: <http://www.kokenmpc.co.jp>E-Mail: customer@kokenmpc.co.jp

AUTORISIERTER

EUROPÄISCHER VERTRETER:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,

Deutschland

Telefon: +49-511-6262-8630

Fax: +49-511-6262-8633

www.mdssar.com

PRODUKT:

Neugeborenen-Wiederbelebungs-Simulator

Advanced

LM-111GM

Wir, der Hersteller, erklären hiermit, dass das oben aufgeführte Produkt den Bestimmungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU sowie der RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU entsprechen. Alle Begleitunterlagen werden in den Geschäftsräumen des Herstellers aufbewahrt.

RELEVANTE NORMEN:

Funkanlagen-Richtlinie:

Artikel 3.1a

EN 62368-1: 2014+A11: 2017

EN 62479: 2010

Artikel 3.1b

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 61326-1:2013

Artikel 3.2

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS-Richtlinie:

EN IEC 63000:2018


BEGINN DER CE-KENNZEICHNUNG:

30/3/2021

ORT, AUSGABEDATUM:

Yamagata, Japan, 30/3/2021

Unterschrift:



Name

Kenji Fukushima

Position

Bereichsleiter im Werk Tsuruoka

Unterzeichnet für und im Namen von KOKEN CO., LTD.